

RG.271.PROG.5.2018_1

Uczestnicy postępowania

Wszyscy

Dotyczy: postępowania na **Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami przedstawiam odpowiedzi na złożone zapytania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy PSP R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną był wyposażony w asortyment i zgodny według standardu KSREG z lipca 2013r.?

Odp.

Zestaw PSP R1 musi zawierać wszystkie elementy zawarte w „ZASADY ORGANIZACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM Warszawa, lipiec 2013 – załącznik nr. 3”

Pytanie nr 2

Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych i **obligatoryjne** jest **zgłoszenie** zestawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie czy **na potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu** Zamawiający wymaga przedłożenia zgłoszenia w/w zestawu do Rejestru Wyrobów Medycznych **do oferty przetargowej?**

Odp.

Zamawiający wymaga zgłoszenia zestawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wymagamy również złożenia potwierdzenia zgłoszenia do oferty przetargowej

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający **wymaga noszy typu deska w kolorze żółtym?**

Odp.

W związku z tym, że standard KSRG nie określa koloru noszy typu deska dopuszczamy deski o dowolnym kolorze.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w komplecie z defibrylatorem uchwyty ściennego zgodnego z normą PN EN 1789?

Odp.

Zamawiający nie wymaga dostarczenia w komplecie z defibrylatorem uchwyty ściennego.

Pytanie nr 5

dotyczy: Ilość i rodzaj sprzętu Zadanie numer 2 Defibrylator AED.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością defibrylacji osób dorosłych oraz dzieci z wykorzystaniem wbudowanego trybu pediatrycznego, bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów (klucz pediatryczny)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza do postępowania defibrylatorów bez konieczności stosowania klucza pediatrycznego.

Pytanie nr 6

dotyczy: Ilość i rodzaj sprzętu Zadanie numer 2 Defibrylator AED.

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezależnego urządzenia szkoleniowego, które jest wierną kopią urządzenia medycznego?

Odp.

Nie dopuszczamy możliwości dostarczenia niezależnego urządzenia szkoleniowego.

Pytanie 7

Czy dopuszczają Państwo w wyposażeniu torby PSP R1 opatrunki hydrożelowe inne niż Water Jel np. Burn Tec spełniające wszelkie parametry techniczne oraz dopuszczone do użytku rozporządzeniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Odp.

Dopuszczalne jest zastosowanie opatrunków hydrożelowych innych niż Water Jel spełniających wszelkie parametry techniczne oraz dopuszczone do użytku rozporządzeniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w związku że standard KSRRG nie określa koloru noszy typu deska dopuszczamy deski o dowolnym kolorze.

Pytanie 8

W opisie do w pkt. 1 jest torba PSP R1 komplet z deską ortopedyczną natomiast nie ma informacji o zestawie szyn Kramera, który jest częścią zestawu PSP R1. Rozumiem, że zapytanie nie uwzględnia szyn i potrzebują Państwo tylko kompletną torbę wraz z deską ortopedyczną?

Odp.

Zestaw PSP R1 musi zawierać wszystkie elementy zawarte w „ZASADY ORGANIZACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM Warszawa, lipiec 2013 – załącznik nr. 3” Jest to jednoznaczne z tym iż zestaw musi zawierać zestaw szyn Kramera, który jest częścią zestawu PSP R1.

Pytanie nr 9

Dotyczy Zad. Nr1 Torba ratownicza PSP-R1

Czy Zamawiający wymaga w zestawie kompletu szyn Kramera?

Odp.

Zestaw PSP R1 musi zawierać wszystkie elementy zawarte w „ZASADY ORGANIZACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM Warszawa, lipiec 2013 – załącznik nr. 3” Jest to jednoznaczne z tym iż zestaw musi zawierać zestaw szyn Kramera, który jest częścią zestawu PSP R1.

Pytanie nr 10

Dotyczy Zad. Nr1 Torba ratownicza PSP-R1

Czy Zamawiający posiada preferencje co do torby R1, tj. kształt i materiał wykonania

(cordura/plan)? Czy Zamawiający dopuści plecak R1 z funkcją przenoszenia jako torba ratownicza?

Odp.

Zamawiający dopuszcza torbę lub plecak transportowy zgodnie z pkt. 29 załącznika Nr 3.

Pytanie nr 11

Dotyczy Zad. Nr3 Zestaw tlenowy

Czy zachowaniu pozostałych parametrów zamówienia Zamawiający dopuści zestaw tlenowy wyposażony w komplet siedmiu rurek Guedela?

Odp.

Zestaw powinien zawierać rurki ustno-gardłowe wielorazowe kpl. 6 szt

Pytanie nr 12

Dotyczy Zad. Nr3 Zestaw tlenowy

Czy Zamawiający dopuszcza jako torbę plecak z zestawem tlenowym?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 13 – Dotyczy terminu realizacji

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji Zadania 1 oraz 3 do 15.05.2018.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zadania Nr 1 i 3.

WÓJT
inż. Tomasz Kotliński