

Numer sprawy: RG.271.PROG.6.2018

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RG.271.PROG.6.2018, nazwa zadania: **Dostawa sprzętu ratowniczego - defibrylatorów dla potrzeb jednostek OSP.**

W związku z planowanym zakupem Gmina Rożwienica prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa – defibrylatorów - niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ilość i rodzaj sprzętu:

Defibrylator AED – spełniający wymagania wytycznych do organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie ratowniczo – Gaśniczym, załącznik Nr 3 p. 3.3. trwałość min. 5 lat przydatności - **ilość 2 szt.**

Minimalne wymagania techniczno - użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów (AED) w KSRG

Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne dla AED

1. Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci.
2. Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim.
3. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące:
 - a). O nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
 - b). O wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia
- c). O prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta)
4. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie i uchwycie ściennym), informujące o:
 - a. Gotowości urządzenia do pracy.
 - b. Technicznej sprawności urządzenia lub jej braku.
5. Wyposażony w minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia.
6. Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:

- a). Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
 - b). Możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC.
 - c). Możliwość rejestrowania takich danych jak : dokładny czas włączenia urządzenia, zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. Danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci).
 - d). Oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows.
 - e). Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym.
 - f). Urządzenie posiada możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika.
 - g). Posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.
7. Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia.
Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod.
8. Wyposażony w bateria(e) nieładowna(e) – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma zapewnić nie mniej niż 300 wyładowań max. energią.
9. Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia:
- a). Wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601
 - b). Stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55
 - c). Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu - nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy) – certyfikat zgodności z EN 50298 nie mniej niż IK08
 - d). Wyposażone w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789.

Należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej(temperatura, wilgotność)

Waga urządzenia: do 3,5 kg

Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim

Deklaracja zgodności CE

Ramowe minimalne wymagania techniczne AED dla KSRG (wersja treningowa)

Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów treningowych

1. Posiada pełną zgodność obsługi urządzenia z defibrylatorem terapeutycznym w zakresie prowadzenia resuscytacji
2. Urządzenie nie jest równocześnie urządzeniem terapeutycznym
3. Posiada sterowanie w systemie bezprzewodowym
4. Posiada możliwość przeprogramowania algorytmów pracy w przypadku zmiany wytycznych dot. użycia AED

5. Posiada zasilanie bateryjne nie wymagające podłączenia w trakcie pracy do sieci 230V.

wspólny Słownik Zamówień:
33182100-0 Defibrylatory

Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 10.05.2018 r.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od terminu składania ofert.

Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-04-27 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Roźwienicy
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica
Pokój Nr 2

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl.pl/bip
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: W przypadku podania przez oferenta adresu poczty elektronicznej informacja o złożonych ofertach oraz o wyniku postępowania zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko inspektor

imię i nazwisko Marian Gdula
tel. 16 622 58 22 w. 33
fax. 16 622 58 22
w terminach w godzinach pracy zamawiającego

 stanowisko inspektor
imię i nazwisko Tomasz Kud
tel. 16 622 58 22 w. 30
fax. 16 622 58 22
w terminach w godzinach pracy zamawiającego

Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków

/ -- /

Wójt Gminy - inż. Tomasz Kotliński